


蒲郡市の風しん抗体価検査及び風しん（MR）予防接種補助制度のフローチャート



検査方法	測定キット名（製造販売元）	抗体価の単位	HI法8以下相当	HI法16以下相当
			昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性	①妊娠を望んでいる女性 ②①の女性の夫及び同居人（昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性を除く）
HI法 (赤血球凝集抑制法)	風疹ウイルスHI試薬「生研」 (デンカ生研株式会社) R-HI「生研」 (デンカ生研株式会社)	(希釈倍率)	8倍以下	16倍以下
EIA法 (酵素免疫法)	ウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG (デンカ生研株式会社) エンザイグノスト B 風疹/IgG (シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社)	EIA価 国際単位 (IU/mL)	6.0未満 15未満	8.0未満 30未満
ELFA法 (蛍光酵素免疫法)	バイダス アッセイキットRUB IgG (シスメックス・ピオメリュエ株式会社)	国際単位 (IU/mL)	25未満	45未満
LTI法 (ラテックス免疫比濁法)	ランピア ラテックス RUBELLA (極東製薬工業株式会社)	国際単位 (IU/mL)	15未満	30未満
CLEIA法 (化学発光酵素免疫法)	アクセス ルベラIgG (ベックマン・コールター株式会社) i-アッセイCL 風疹IgG (株式会社保健科学西日本)	国際単位 (IU/mL) (抗体価)	20未満 11未満	45未満 14未満
FIA法 (蛍光免疫測定法)	BioPlex MMRV IgG (バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社) BioPlex ToRC IgG (バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社)	抗体価 (AU) 国際単位 (IU/mL)	1.5未満 15未満	3.0未満 30未満

※風疹のHI抗体価と他法による抗体価の相関性および抗体価の読み替えに関する検討：国立感染症研究所2019年2月